


**Измерители температуры и влажности цифровые
Center 315, 316**

Center Technology Corp.

- Измерение температуры -20...60 °C; -4...140 °F
- Измерение влажности 0...100%
- Высокое разрешение (0,1 %; 0,1 °C/ 0,1 °F)
- Измерение min/max значений
- Удержание показаний
- Δ - измерения (CENTER-315)
- Измерения точки росы и температуры влажного термометра (CENTER-316)
- Автовыключение питания

CENTER-315

ТТД НОРМИРУЮТСЯ ПРИ: (23 ± 5) °C, ОТН. ВЛАЖНОСТЬ ≤ 80%		CENTER 315	CENTER 316
ТЕМПЕРАТУРА (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДАТЧИК)	Диапазон измерений	-20...60 °C; -4...140 °F	
	Погрешность	± 0,8 °C; ± 1,6 °F	
	Макс. разрешение	0,1 °C; 0,1 °F	
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	Диапазон измерений	0...100 %	
	Погрешность	± 3,0 %	
	Макс. разрешение	0,1 %	
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Измерительный вход	1 вход	
	Цифровая шкала	2 шкалы; 4 разряда	
	Интерфейс	Нет	
	Объем регистратора	Нет	
	Интервалы регистрации	Нет	
	Время установления	Температура: 10 с; влажность: 180 с	
	Автовыключение	30 мин	
	Источник питания	9 В (тип «Крона»)	
	Срок службы батареи	85 ч	
	Условия эксплуатации	Температура: 0 °C...50 °C; отн. влажность: не более 90 %	
	Габаритные размеры	54 x 240 x 34 мм	
	Масса	220 г	
	Комплект поставки	Батарея (1), руководство по эксплуатации	
Опции	Стандарт влажности: 33 %; 75 %.		

ООО «ЛАНФОР РУС»
 г.Санкт-Петербург,
 пр.Малоохтинский, д.68
 +7 (812) 309-05-12
 +7 (499) 703-20-73
 +7 (343) 236-63-20
 E-mail: zakaz@lanfor.ru
<http://www.lan-for.ru>