

CENTER 326



CENTER®

Калибратор шумомеров

Параметры:	Center 326	Center 327
Выходной уровень звукового давления	94 дБ, 114 дБ	94 дБ
Частота сигнала калибровки	1000 Гц ± 2 %	125 Гц ± 2 % и 250 Гц ± 2 %
Погрешность установки выходного уровня		± 0,5 дБ
Разрешение		0,1 дБ
Входной диаметр приемной камеры		12,7 ...23 мм
Питание		9В (тип «Крона»)
Срок службы источника питания		40 часов
Условия калибровки *		
Температура		23 °С
Относительная влажность (ОВ)		50 %
Атмосферное давление		101,3 кПа
Суммарный коэффициент НИ		<3%
Температурный коэффициент		0,005 дБ/°С
Влажностный коэффициент		0,005 дБ/ % ОВ
Общие данные		
Габаритные размеры (В×Ш×Г)		113 × 63 × 44 мм
Масса		170 г (вкл. бат.)

ООО "ЛАНФОР РУС"
г.Санкт-Петербург,
пр.Малоохтинский, д.68
+7 (812) 309-05-12
+7 (499) 703-20-73
+7 (343) 236-63-20
E-mail: zakaz@lanfor.ru
<http://www.lan-for.ru>