

Промышленные дифференциальные манометры. Модели F5509 и F6509

Код для заказа Пример 100 F5509 S D 27 L 1 BR X

Очистка

- 6B** Очистка для применения с кислородом и сильными окислителями
6W Очистка от смазки и масел (не кислородное исполнение)

Маркировка

- DA** Специальная маркировка на шкале
NH Бирка из нерж. стали с указанием номера
NH1 Крупная бирка из нерж. стали (120 x 30 x 1 мм) с указанием номера

Сертификаты на материалы

- C3** Сертификат EN 10204 3.1
MQ PMI - тест материала

Сертификаты калибровки и испытаний

- C4** CD4-калибровочный сертификат
HU Гидростатический тест
ML Массовые спектрометрический тест на протечку

Диапазоны измерения								
мбар MB	PN	бар BR	PN	кПа KP	PN	psi #	PN	
0 ... 25	16	0 ... 0,6	40	0 ... 2,5	16	0 ... 3	16	
0 ... 40	16	0 ... 1	40	0 ... 4	16	0 ... 5	40	
0 ... 60	16	0 ... 1,6	40	0 ... 6	16	0 ... 10	40	
0 ... 100	16	0 ... 2,5	40	0 ... 10	16	0 ... 15	40	
0 ... 160	16	0 ... 4	40	0 ... 16	16	0 ... 30	40	
0 ... 250	16	0 ... 6	40	0 ... 25	16	0 ... 60	40	
0 ... 400	40	0 ... 10	40	0 ... 40	40	0 ... 100	40	
0 ... 600	40	0 ... 16	40	0 ... 60	40	0 ... 250	40	
		0 ... 25	40	0 ... 100	40	0 ... 300	40	
-40 ... 60	16			0 ... 160	40			
-60 ... 100	16	-1 ... 0,6	40	0 ... 250	40			
-100 ... 150	16	-1 ... 1,5	40	0 ... 400	40			
-150 ... 250	40	-1 ... 3	40	0 ... 600	40			
		-1 ... 5	40					