

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DS 200

DS 200	XXX	XXXX	X	X	X	XXX	XXX	X	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ									
избыточное (0,04...600 бар)	780								
абсолютное (0,04...600 бар)	781								
ДИАПАЗОН	ПЕРЕГРУЗКА								
0...0,04 бар	0,2 бар	0400							
0...0,06 бар	0,2 бар	0600							
0...0,10 бар	0,5 бар	1000							
0...0,16 бар	0,5 бар	1600							
0...0,25 бар	1 бар	2500							
0...0,4 бар	1 бар	4000							
0...0,6 бар	3 бар	6000							
0...1,0 бар	3 бар	1001							
0...1,6 бар	6 бар	1601							
0...2,5 бар	6 бар	2501							
0...4,0 бар	20 бар	4001							
0...6,0 бар	20 бар	6001							
0...10 бар	20 бар	1002							
0...16бар	60 бар	1602							
0...25 бар	60 бар	2502							
0...40 бар	100 бар	4002							
0...60 бар	140 бар	6002							
0...100 бар	340 бар	1003							
0...160 бар	340 бар	1603							
0...250 бар	600 бар	2503							
0...400 бар	600 бар	4003							
0...600 бар	1000 бар	6003							
-1...0 бар	3 бар	X102							
вакуум-метрическое давление (при заказе указать диапазон)		XXXX							
Другой (указать при заказе)		9999							
АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД									
4...20 мА / 2-х пров.				1					
0...20 мА / 3-х пров.				2					
0...10 В / 3-х пров.				3					
4...20 мА / 3-х пров.				7					
4...20 мА / 2-х пров. / 0ЕхiаIIC4				Е					
Другой (указать при заказе)				9					
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД									
нет				0					
1 PNP (версия для 3 пров. только с 5-конт. разъемом)				1					
2 PNP (только с 5-конт. разъемом)				2					
4 PNP (версия для 3-х пров. только с 8-конт. разъемом)				4					
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ									
0,5% ($P_N \leq 0,4$ бар)						5			
0,35% (стандарт)						3			
0,25% ($P_N > 0,4$ бар)						2			
1% ($P_N = 0,04, 0,06$ бар)						8			
Другая (указать при заказе)						9			
0,5% с протоколом ($P_N \leq 0,4$ бар)						T			
0,35% с протоколом (стандарт)						S			
0,25% с протоколом ($P_N > 0,4$ бар)						R			
1% с протоколом ($P_N = 0,04, 0,06$ бар)						U			